



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

standar pelayanan sarana medis rsud sleman

No. SK :

Persyaratan

1. Peralatan laik digunakan untuk pelayanan di RSUD Sleman
2. Tersedia data peralatan yang ada di RSUD Sleman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman



- 1. Pendataan Alat:**
 - Petugas Instalasi Sarana Medis mendata seluruh alat elektromedis yang ada di RSUD Sleman
 - Petugas Instalasi Sarana Medis melakukan pengecekan kondisi serta fungsi terhadap alat elektromedis yang akan di kalibrasi
 - Membuat Jadwal pelaksanaan kalibrasi.
 - Kalibrasi dilakukan satu kali dalam setahun
- 2. Usulan Kalibrasi:**
 - Petugas Instalasi Sarana Medis membuat usulan kalibrasi kepada Tim Pengadaan RSUD Sleman sebelum habis masa berlaku kalaikan.
 - Tim Pengadaan menentukan badan/ instansi kalibrasi yang berhak mengeluarkan sertifikat kalibrasi
 - Tim Pengadaan memberikan surat permohonan kalibrasi kepada dan/ instansi kalibrasi yang ditentukan.
 - Menunggu jadwal pelaksanaan kalibrasi dari Badan/Perusahaan Jasa Kalibrasi yang ditentukan oleh Tim Pengadaan.
- 3. Proses Kalibrasi:**
 - Petugas Instalasi Sarana Medis membantu petugas kalibrasi mengumpulkan/ mengambil alat-alat elektromedis dari ruang-ruang yang sedang tidak digunakan untuk pelayanan secara bergantian untuk dilakukan kalibrasi sesuai jumlah alat yang telah di data.
 - Petugas kalibrasi melakukan pengukuran diruang yang telah disediakan atau dimasing-masing ruang jika alat tersebut tidak memungkinkan untuk mobilisasi.
 - Untuk alat yang telah terkalibrasi dapat dikembalikan keruang masing - masing dan untuk alat yang tidak dapat di kalibrasi, harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu oleh petugas Instalasi Sarana Medis.
 - Keterangan untuk alat yang sudah terkalibrasi terdapat stiker seperti :

LOGO	Tgl kalibrasi
	Tgl kalibrasi berikutnya
 - Dari hasil kegiatan kalibrasi adalah dikeluarkannya Sertifikat Kalibrasi oleh Badan/ Instansi yang berwenang yang telah melakukan kalibrasi. Serta dilampirkannya hasil pengukuran yang menyatakan alat tersebut laik atau tidak laik untuk pelayanan.
 - Untuk alat yang dinyatakan tidak laik akan ditarik dari pelayanan dan akan dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah akan dilakukan perbaikan oleh pihak ketiga/ vendor ataudikakukanpenghapusan.
 - Proses penghapusan akan dilakukan oleh Pengelola Barang Rumah Sakit]



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Waktu Penyelesaian

20 Hari

20 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. alat kesehatan di rsud sleman

Pengaduan Layanan

Petugas pelayanan pengaduan:

Nama Petugas : Nihayah

Nomor HP : 0819-0150-2055

Nomor Kantor : (0274) 868437 ext.225