



UPTD PUSKESMAS PLUPUH I

Jl.Masaran - Gemolong Km.7 Sambirejo, Plupuh, Sragen 57283 628112644006

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS PLUPUH I

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK /KTP
2. Membawa BPJS / Saraswati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas menghidupkan fotometer kemudian menunggu sampai suhu 37°C dan memprogram code asam urat.
2. b. Petugas menyiapkan 3 tabung, tabung 1 untuk blangko, tabung 2 untuk standar dan tabung 3 untuk sampel
3. c. Petugas mengisi masing-masing tabung dengan 1 ml reagen asam urat
4. d. Petugas menambahkan 20 ml reagen standar kedalam tabung ke 2
5. e. Petugas menambahkan 20 ml sampel kedalam tabung ke 3
6. f. Petugas mencampur dan menginkubasi ketiga tabung tersebut selama 10 menit pada suhu 25°C
7. g. Petugas membaca hasil pada fotometer pada gelombang 546 nm.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perbup No 64 Tahun 2017

BPJS / JKN aktif Gratis

Biaya Rp 20.000

Ditambah kunjungan Rp 5000

Produk Pelayanan



UPTD PUSKESMAS PLUPUH I

Jl.Masaran - Gemolong Km.7 Sambirejo, Plupuh, Sragen 57283 628112644006

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS PLUPUH I

1. Asam Urat

Pengaduan Layanan

No Telf Puskesmas 08112644006

Call Center 0813 9121 1900