



Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No.15 Gunungsitoli 22815 063921474

www.rsud.niaskab.go.id

Pemerintah Kab. Nias / Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli

Pelayanan Intensive Care Unit

No. SK :

Persyaratan

1. Alat yang sedang terpasang namun penuh dengan sekresi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan perawatan ventilator : a. Pasca ekstubasi b. Pasien dengan sekresi kental
2. Cuci tangan sebelum melakukan perawatan alat sesuai standar
3. Perawatan pada saat pasien dengan sekresi kental, maka petugas memperkenalkan diri dan mengidentifikasi pasien.
4. memasang flowmeter dan humidifier oksigen pada tabung/sentral oksigen
5. memasang flowmeter dari humidifier udara tekan pada sumber udara tekan
6. mengatur aliran oksigen dengan membuka flowmeter sesuai kebutuhan
7. memasang selang oksigen pada botol humidifier udara
8. mengatur aliran udara dengan membuka flowmeter sesuai kebutuhan
9. menyambung "corrugated tubing" dari humidifier udara dengan OHIO mask, untuk pasien pasca ekstubasi sambil memeriksa apakah ada uap yang keluar dan memasangkan ke pasien
10. menyambung "corrugated tubing" dari humidifier udara dengan tracheal shield pada pasien trakeostomi
11. Menyambung T. piece dengan pipa endotrachea pada pasien dengan proses weaning
12. Melakukan observasi vital sign dan uap pada corrugated tubing

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No.15 Gunungsitoli 22815 063921474

www.rsud.niaskab.go.id

Pemerintah Kab. Nias / Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli

100000

tarif perhitungan per hari

Produk Pelayanan

1. Perawatan Ventilator

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias.

Telpon. xxxxxx