

RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan



Jl. T. Ben Mahmud No. 86-A Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh

Selatan 23711 065621818

www.rsudya.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

Standar Pelayanan IPSRS

No. SK :

Persyaratan

1. From Laporan kerusakan Alat Medis
2. Telaah Staf
3. Rekomendasi Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instalasi dan Ruang menyerahkan From Laporan kerusakan Alat Ke IPSRS
2. Pencatatan Laporan kerusakan alat dan analisis kerusakan
3. IPSRS membuat telaah Staf pimpinan
4. Pimpinan mengarahkan Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
5. Pelaksanaan perbaikan alat
6. Penyerahan alat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan tergantung

jenis alat dan jenis kerusakan nya.

Biaya / Tarif

RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan



Jl. T. Ben Mahmud No. 86-A Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh

Selatan 23711 065621818

www.rsudya.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

Tidak dipungut biaya

Biaya perbaikan hanya kepada kebutuhan alat dan barang yang

rusak (tergantung harga barang di pasaran)

Produk Pelayanan

1. Perbaikan Alat Kedokteran, Perbaikan Alat Elektronik, Perbaikan Mesin Pompa Air, Genset dll, Pemeliharaan Jaringan Listrik

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Melalui telepon/handphone;
3. Kotak Pengaduan
4. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya;
5. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708