

Pelayanan Interferensi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Dokter Spesialis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PERSIAPAN ALAT Alat terlebih dahulu diperiksa, dihubungkan dengan sumber listrik, hidupkan saklarnya (ON), tunggu sampai layar menyala.
2. PERSIAPAN PASIEN Kursi / tempat tidur pasien terhindar dari logam. Posisi pasien comfortable (nyaman) dan terhindar dari pakaian menurut region yang diterapi.Harus terhindar dari factor kontra indikasi. Anjurkan pasien untuk tindak merubah posisi tubuhnya.
3. PELAKSANAAN IRR Alat di ON, tentukan arus/spektrumyang akan dipakai dalam pengobatan. Tentukan metode aplikasi yang tepat sesuai kondisi region yang akan diterapi. Putar saklar pemilik metode yang digunakan, pilih AMF, spectrum frekuensi dan program spectrum. Hubungkan pasien dengan kabel electrode> tetapkan waktu pengobatan : 10 – 15 Menit.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Persiapan alat dan pasien sekitar 5 Menit

Pelaksanaan Tindakan IRR sekitar 10-15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **Pasien Umum**

Sesuai Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 33 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan layanan Umum daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten kolaka.

1. **Pasien BPJS**

Sesuai tariff INA-CBGS berdasarkan permenkes momor 59 tentang Standar tariff JKN INA-CBGS.

1. **Pasien Asuransi Lainnya**

Perjanjian Kerjasama antara PT.Asuransi Jiwa INHEALT Indonesia dengan BLUD RS Benyamin guluh Kabupaten Kolaka nomor: 10.51/AJII/KOP-MKS/KTR/0319 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT.Asuransi Jiwa Inhealt Indonesia

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke ruang pengaduan
2. Mengisi kotak saran
3. Website : <http://rs-benyaminguluh.kolaka.go>