



## Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

# Izin Unit Pelayanan Cathlab (Kateterisasi Jantung)

No. SK : 166 Tahun 2022

## Persyaratan

## Dinas Kesehatan



Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

### Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

1. A. Sumber Daya Manusia  
1. Dokter Spesialis Jantung - Memiliki Serfikat Kolegium Kardiologi - Memiliki Sertifikat Intervensi Kardiovaskular - Memiliki Pelatihan Resusitasi Jantung paru dasar dan Advanced cardiac Life Support/ACLS - Kateterisasi Jantung harus memiliki pengetahuan mengenai Prodeksi Radiasi  
2. Dokter Spesialis Radiologi Persyaratan : - Memiliki SIP - Jumlah : 4 orang  
3. Radiografer Persyaratan : - D III Teknik Radioagnostik - Memiliki SIKR - Jumlah : 2 orang/alat  
4. Fisikawan Medik Persyaratan : - S 1 Fisika + Diklat/profesi Fisika Medik - Memiliki STR - Memiliki SIB PPR - Jumlah (minimal) : 2 orang  
5. Elektromedis Persyaratan : - D III Teknik Elektromedis - Jumlah (minimal) : 1 orang/fasyankes  
6. Perawat Persyaratan : - D III Keperawatan - Memiliki SIP - Perawat harus melalui Pendidikan Kardiologi dasar - Jumlah (minimal) : 2 orang  
7. Tenaga Administrasi Persyaratan : - SMA atau sederajat - Jumlah (minimal) : 2 orang
2. B. Standar Fasilitas  
1. Denah Ruangan : - Ruang Prosedu : 30 – 50 m<sup>2</sup> - Ruang monitor/control : 8 – 14 m<sup>2</sup> - Ruang Maintenance Alat & AC Control : 6 – 8 m<sup>2</sup> - Ruang Pertukaran Pasien : Juga Tempat cuci tangan, kain kotor, apron, tempat edukasi pasien/keluarga : 6 – 14 m<sup>2</sup> - Ruang ganti staf : 3 m<sup>2</sup>  
2. Lokasi : - Lokasi mudah di akses : akses mudah ke kamar operasi, ICU, ICCU/ICVCU - Memperhatikan sterilitas : ruangan steril - Ruangan Monitor : terpisah dengan ruang tindakan katerisasi  
3. Desain ruangan dan lantai : - Dinding dan lantai : desain seamless - Dinding dan pintu : memiliki x-ray shield ketebalan 0,5 mm - Struktur ruangan : mampu menyangga peralatan x-ray - Jaringan Kabel : bawah lantai - Power Supply : High voltage output - Power Supply : Punya Cadangan  
4. Desain dan pencahayaan langit-langit : - Pencahayaan : Lembut - C-arm gerak bebas : Wall-mounted/Floor mounted  
5. Standar Ventilasi : - Harus memenuhi standar ruang operasi : ada aliran udara laminar diatas meja pasien, kelembaban dan suhu optimal - Harus ber AC, memiliki termostat dan humiditas : sesuai standar suhu masing2 alat sesuai modulnya  
6. Ruang Tindakan Kateterisasi : - Ruang tindakan katerisasi : Mampu menyimpan peralatan katerisasi yang direkomendasikan oleh pabrik - Cukup ruang untuk stretcher : keluar masuk memindahkan pasien - cukup ruang untuk 2 meja instrument : 30 x 60 cm - tersedia akses : oksigen dan suction - Pintu keluar masuk : cukup lebar untuk keluar masuk stretcher - tersedia apron : disimpan sesuai standar  
7. Ruang monitor : - Ukuran ruang cukup : petugas bisa bergerak bebas - dapat dengan jelas melihat : kondisi ruang prosedur - terpisah dengan ruang prosedur : dinding tembus pandang(kaca) berlapis timbal - Fasilitas komunikasi : bisa berhubungan langsung dg ruang prosedur  
8. Ruang Persiapan/Pemulihan Pasien : - ruang pre tindakan dan post tindakan sekaligus sebagai 'nurse station' : Berfungsi ganda - memuat alat : tempat tidur, rak, trolley emergency, monitor, brankar kursi roda, outlet oksigen, outlet suction - ruang cukup : pergerakan perpindahan pasien keluar masuk
3. C. Peralatan  
1. Meja Operasi : - Terbuat dari serat karbon dengan bagian atas harus dapat bergerak bebas baik vertikal maupun horizontal. Pergerakan longitudinal sekuran noise 20 - 25 micro/ frame - Penyimpanan terabyte dan transmisi Ethernet cepat dibutuhkan untuk mengirim dan menyimpan gambar dengan resolusi tinggi yang kemudian akan diproses, difilter, dan dipresentasikan untuk dinilai pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 17 Jan 2025 pukul 23:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. ulang. - Monitor dengan resolusi tinggi di dalam ruangan kateterisasi sangat diperlukan - Setiap monitor harus dikalibrasi, diatur ulang kontras, dan rentang dinamiknya secara rutin - Piranti lunak



## Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengambil nomor antrian b. Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi JOSS dengan melengkapi persyaratannya c. Front Office meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengirimkan permohonan kepada Admin OPD d. Admin OPD meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan, apabila sudah lengkap dan benar menerbitkan rekomendasi dan meneruskan permohonan kepada backoffice e. Backoffice meneliti permohonan dan mengecek draft SK dan meneruskan kepada Verifikator 1 f. Verifikator 1 memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada Verifikator 2 g. Verifikator 2 memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada Kepala DPMPTSP h. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin i. Pemohon bisa mencetak izin melalui aplikasi JOSS

### Waktu Penyelesaian

28 Hari

28 Hari apabila semua persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Pelayanan Cathlab ( Kateterisasi Jantung )

### Pengaduan Layanan

d. Telp : ( 0291 ) 591427

g. SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Twitter : @dinkesjepara