

## Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Jl. Adiwiyata, Kota Baru Selatan , Martapura, OKU Timur Provinsi Sumatera

Selatan 32381 08881000700

[rsudmartapura.okutimurkab.go.id](http://rsudmartapura.okutimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Rumah Sakit Umum

Daerah Martapura



# Poli Fisioterapi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Jl. Adiwiyata, Kota Baru Selatan , Martapura, OKU Timur Provinsi Sumatera

Selatan 32381 08881000700

[rsudmartapura.okutimurkab.go.id](http://rsudmartapura.okutimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

 <b>RSUD MARTAPURA</b> Jl. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru	INFRA RED		
	No.Dokumen: 445/001/ FT/22	No. Revisi: 02	Halaman: 3/4
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit Januari 2022	Ditetapkan oleh Direktur  dr. Deui damhudy Pembina / IV.a Nip197801122010011018	
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Persiapan pasien</li><li>✓ Posisikan pasien nyaman mungkin</li><li>✓ Lakukan pemeriksaan umum fisioterapi</li><li>✓ Bagian yang akan diterapi bebas dari pakaian dan dibersihkan terlebih dahulu</li><li>➤ Persiapan alat pelaksanaan terapi</li><li>✓ Jelaskan maksud, tujuan terapi</li><li>✓ Infra red yang ada di rsud martapura adalah golongan non luminous</li><li>✓ Colokan kabel ke listrik</li><li>✓ Pemanasan alat 5 menit.</li><li>✓ Test sensasi Untuk mencegah luka bakar</li></ul> <p>Pada daerah yang akan dilakukan penyinaran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bebaskan area yang diterapi dari pakaian</li><li>✓ Lampu dipasang tegak lurus.</li><li>✓ Dosis Pada penggunaan lampu non-luminus jarak lampu antara 45-60 cm, waktu 10-30 menit.,Lampu luminus 35-45 cm, waktu 10-30 menit. Atau sesuai toleransi pasien</li></ul> <p>mengakhiri Terapi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Matikan mesin, pastikan tombol dalam keadaan nol.</li><li>✓ Tidak membiarkan pasien mematikan mesin atau bangun sendiri.</li><li>✓ Memperhatikan pasien dan kemungkinan efek samping. Kembalikan peralatan ketempat semula.</li></ul>		

## Waktu Penyelesaian

## Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Jl. Adiwiyata, Kota Baru Selatan , Martapura, OKU Timur Provinsi Sumatera

Selatan 32381 08881000700

[rsudmartapura.okutimurkab.go.id](http://rsudmartapura.okutimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Rumah Sakit Umum  
Daerah Martapura

30 Menit

### Biaya / Tarif

31

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Infrared

### Pengaduan Layanan

Silahkan Hubungi 08881000700