

Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Jl. Adiwiyata, Kota Baru Selatan , Martapura, OKU Timur Provinsi Sumatera

Selatan 32381 08881000700

rsudmartapura.okutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Rumah Sakit Umum

Poli Kulit dan kelamin Daerah Martapura

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS untuk Pasien BPJS
2. KTP untuk pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum dilakukan tindakan berikan edukasi kepada pasien tentang tindakan elektrocauter
2. Siapkan perlatan
 - a. Spuit 1 cc
 - b. Kassa steril
 - c. Betadin dan alkohol swal
 - d. Lido cair/ krim anestesi
 - e. Siapkan peralatan elektrocauter
3. Posisikan pasien nyaman mungkin
4. Tandai tempat jaringan yang ingin dibuang
5. Lakukan desinfektan dengan menggunakan betadin/alkohol
6. Lakukan tindakan anestesi menggunakan lidocain dengan spuit 1 cc atau dengan dioleskan krim anestesi
7. Jika menggunakan lidocain dapat langsung dilakukan elektrocauter namun jika menggunakan krim anestesi maka tunggu 10-15 menit hingga kulit merasa ball
8. Lakukan pembakaran dengan menggunakan elektrocauter ditempat yang diinginkan
9. Pastikan jaringan sampai terkelups dan tidak keluar darah
10. Setelah selesai bersihkan area yang telah dilakukan elektrocauter dengan menggunakan kassa steril dan berikan salep hidrocortison untuk mencegah timbulnya iritasi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

375

Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Jl. Adiwiyata, Kota Baru Selatan , Martapura, OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan 32381 08881000700



rsudmartapura.okutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Rumah Sakit Umum

Produk Pelayanan

Daerah Martapura

1. ELEKTRO CAUTER RINGAN

Pengaduan Layanan

SILAHKAN HUBUNGI 08881000700