



Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Jl. Sis Aljufri 94471 085228444024

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Cssd

No. SK :

Persyaratan

1. Form penyetoran/pemintaan sterilisasi instrumen dari ruang pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas dari ruangan pelayanan membawa instrument kotor ke CSSD dengan container tertutup
2. Petugas CSSD diruang dekontaminasi melakukan serah terima dengan petugas ruangan disesuaikan dengan form penyetoran instrument kotor
3. Petugas CSSD diruang dekontaminasi melakukan precleaning sesuai dengan SOP
4. Petugas CSSD diruang dekontaminasi yang melakukan dekontaminasi instrument baik secara manual maupun otomatis
5. Petugas CSSD diruang dekontaminasi melakukan pengeringan instrument dimesin pengering
6. Petugas CSSD diruang setting dan packing instrument disertai pemberian indicator sterilisasi (internal, eksterna, biologi), labeling (tanggal sterilisasi, expired, pemilik dan nama set)
7. Petugas CSSD diruang setting dan packing mengisi logbook sterilisasi sesuai sterilisator (autoclave suhu tinggi, plasma dan EO) yang dipakai menata dalam sterilisator sesuai jenis instrument yang akan disterilisasi
8. Setelah proses sterilisasi berakhir, petugas diruang steril mengeluarkan dari sterilisator diikuti memilah dan mencocokkan sesuai kepemilikan instrument
9. Petugas CSSD diruang steril mengevaluasi proses sterilisasi dengan melihat indicator apakah proses berhasil atau harus diulang
10. Petugas ruangan mengambil instrument yang sudah steril di ruang CSSD dengan menunjukan bukti setoran dan mengisi form pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Linen dan instrument steril

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Jl. Sis Aljufri 94471 085228444024

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

1. Kotak saran
2. Survey Kepuasan Masyarakat
3. WhatsApp
4. Facebook
5. Secara Langsung
6. Website : <https://rsudanuntaloko.parigimoutongkab.go.id/>