

## Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286 60286

0315035830

[bpfk-sby.org](http://bpfk-sby.org)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

### Kalibrasi Alat Ukur Badiasi (service in laboratory)

dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

No. SK : HK.02.03/E.X/344/2024

#### Persyaratan

1. Membawa alat ke BPAFK Surabaya
2. Mengirim alat ke BPAFK Surabaya melalui jasa pengiriman barang
3. Surat pengantar yang berisi informasi jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286 60286

0315035830

[bpfk-sby.org](http://bpfk-sby.org)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya



1. Alat diterima petugas penerima alat BPAFK Surabaya dan akan diperiksa kondisi fisik, fungsi dan kelengkapan aksesorisnya
2. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan/dikembalikan kepada pelanggan
3. Petugas penerima alat memasukkan data alat ke SIMLPK. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara Pengujian Kalibrasi yang berisi jenis, jumlah, identitas alat dan rincian biaya alat yang dikalibrasi
4. Pelaksanaan kalibrasi
5. Pelanggan akan dihubungi petugas BPAFK Surabaya melalui telepon/WA untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dikalibrasi
6. Alat akan diperiksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesorisnya sebelum diserahkan ke pelanggan atau dikirim melalui jasa pengiriman barang
7. Pelanggan dapat mengunduh sertifikat/surat keterangan dan laporan teknis hasil kalibrasi di

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [simponi.kemenkeu.go.id](http://simponi.kemenkeu.go.id) pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 03:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

ASPAK

## Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Jl. Karang Menjangan No. 22, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286 60286

0315035830

[bpfk-sby.org](http://bpfk-sby.org)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

### Waktu Penyelesaian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya

0

- Pelaksanaan kalibrasi dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak alat diterima oleh BPAFK Surabaya
- Sertifikat kalibrasi/surat keterangan beserta laporan teknis hasil kalibrasi terbit 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat/surat keterangan, Laporan teknis hasil kalibrasi, Label

### Pengaduan Layanan

- Website : <https://bpfk-sby.org/public/pengaduan>
- Telepon : (031) 5035830
- [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Media sosial BPAFK Surabaya (IG, FB, Twitter)