

PUSKESMAS MUARADUA

Jl. AK Gani Nomor 142 Kelurahan Pasar Muaradua Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan 32212
082176818882

<http://puskesmasmuaradua.okuselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS



Ruang Sterilisasi

No. SK :

Persyaratan

1. membawa kartu bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. memisahkan alat-alat sesuai dengan jenis-jenis nya
2. menyeterilkan alat lebih kurang 30 menit,selanjutnya di susun kembali di tempat alat yang sudah di sterilkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penyeterilan alat

Pengaduan Layanan

1. Tersedia Ruang Sterilisasi untuk penyeterilan alat-alat yang sudah di pakai
2. alat -alat yang di steril lebih kurang 30 menit